

	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA	Código: APE 1.3
	UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Versión: 1
	PROCESOS DE ESTERILIZACION: INSPECCIÓN	Fecha: 01/2026 Vigencia: 1 año

INDICADOR	% de cumplimiento de cajas quirúrgicas de traumatología inspeccionadas en la Unidad de Esterilización según protocolo
FÓRMULA	Nº de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas que cumplen según protocolo x 100
	Nº total de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas según protocolo en el período evaluado
ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO	95%
FUENTES DE INFORMACIÓN	Pauta de cotejo software REDCap.
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLE	Enfermera/o Encargada/o de Calidad de la Unidad de Esterilización.
METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN	<p>Dado que el Universo es desconocido, se utiliza Calculadora Muestral de la SdS, con un umbral de un 95% y un margen de error de un 5%, lo que arroja 6 pautas.</p> <p>Esta medición se realiza de lunes a viernes, en horario hábil, según calendario entregado por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. En el caso de que la randomización para la fecha designe un día no hábil para la medición, se utiliza el día hábil siguiente.</p>
CRITERIOS EVALUADOS	<p>Los criterios evaluados son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavado clínico de manos o higienización de manos 2. Uso de delantal con mangas y gorro integral 3. Revisión del estado del contenedor, sujeción de porta filtro y hermeticidad de la Tapa del contenedor. 4. Revisión del instrumental en forma intencionada usando lámpara-lupa 5. Revisión de piezas ensambladas, desarmadas e interior de piezas articuladas 6. Verificación permeabilidad de los lúmenes <p>Se da por cumplida la Pauta en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puntos 1 y 2 (respuesta obligatoria) - Puntos desde el 3 al 5, si se detiene el proceso por algún hallazgo, se da por cumplida. - Punto 6 (respuesta obligatoria)
SERVICIOS O UNIDADES	Esterilización