



HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

Código: APE 1.3

UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Versión: 1

PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN: INSPECCIÓN

Fecha: 01/2024

Vigencia: 1 año

<b>INDICADOR</b>	% de cumplimiento de cajas quirúrgicas de traumatología inspeccionadas en la Unidad de Esterilización según protocolo
<b>FÓRMULA</b>	$\frac{\text{Nº de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas que cumplen según protocolo}}{\text{Nº total de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas según protocolo en el período evaluado}} \times 100$
	Nº total de cajas quirúrgicas de Traumatología inspeccionadas según protocolo en el período evaluado
<b>ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO</b>	95%
<b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b>	Pauta de cotejo software REDCap.
<b>PERIODICIDAD</b>	Mensual
<b>RESPONSABLE</b>	Enfermera Jefe de la Unidad de Esterilización
<b>METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN</b>	Dado que el Universo es desconocido, se utiliza Calculadora Muestral de la SdS, con un umbral de un 95% y un margen de error de un 5%, lo que arroja 6 pautas. Esta medición se realiza de lunes a viernes, en horario hábil, según calendario entregado por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. En el caso de que la randomización para la fecha designe un día no hábil para la medición, se utiliza el día hábil siguiente.
<b>CRITERIOS EVALUADOS</b>	<p>Los criterios evaluados son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lavado clínico de manos o higienización de manos</li><li>2. Uso de delantal con mangas y gorro integral</li><li>3. Revisión del estado del contenedor, sujeción de porta filtro y hermeticidad de la Tapa del contenedor.</li><li>4. Revisión del instrumental en forma intencionada usando lámpara-lupa</li><li>5. Revisión de piezas ensambladas, desarmadas e interior de piezas articuladas</li><li>6. Verificación permeabilidad de los lúmenes</li></ol> <p>Se da por cumplida la Pauta en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Puntos 1 y 2 (respuesta obligatoria)</li><li>- Puntos desde el 3 al 5, si se detiene el proceso por algún hallazgo, se da por cumplida.</li><li>- Punto 6 (respuesta obligatoria)</li></ul>
<b>SERVICIOS O UNIDADES</b>	Esterilización