

	<b>HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA</b>	<b>Código: GCL 1.2 - 7</b>
	<b>UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>MANEJO DE CADENA DE FRÍO</b>	<b>Fecha: 01/2025</b> <b>Vigencia: 1 año</b>

<b>INDICADOR</b>	% de cumplimiento de cumplimiento de mantención de cadena de frío en refrigerador de vacunas.
<b>FÓRMULA</b>	Nº de días de temperaturas mínimas y máximas que cumplen con temperaturas entre +2°C y +8°C en el refrigerador de vacunas en el periodo X 100
	Nº total de días de temperaturas mínimas y máximas entre +2°C y +8°C en el refrigerador de vacunas en el periodo evaluado.
<b>ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO</b>	100%
<b>FUENTE DE DATOS</b>	Hoja de registro institucional curva de Temperatura del Refrigerador. Hoja de registro temperatura termógrafo USB.
<b>PERIODICIDAD</b>	Mensual
<b>RESPONSABLES</b>	Enfermera Encargada de Calidad Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) Enfermera Encargada de Calidad Unidad de Salud del Trabajador (UST)
<b>METODOLOGÍA DE MEDICIÓN</b>	<p>Para la medición del Indicador, se evaluará el 100% de los días del mes evaluado y se evaluará el cumplimiento de la temperatura dentro de rangos +2°C y +8°C al interior del refrigerador.</p> <p>El registro de las mediciones se realiza de Lunes a domingo en la UEH y en el caso de la UST se realiza en día hábil.</p> <p>En el caso de la UEH la medición la realizara TENS de Farmacia durante el T. largo (mañana y al término de la jornada) con termómetro (máxima- mínima – actual).</p> <p>En la UST la medición la realiza la Enfermera con termómetro (máxima- mínima – actual).</p> <p>En la UST los fines de semana y/o festivos se validará con termógrafo USB a la primera hora del día hábil siguiente, EU corroborará que los registros del termógrafo (USB) estuvieron dentro del rango +2°C y +8°C al interior del refrigerador. Semanalmente se deja en carpeta de registro de temperatura de vacunas, registro de termógrafo (USB).</p> <p>En el caso de los días que se realice el procedimiento de limpieza de refrigerador, en ambas Unidades (UEH- UST), se considera la temperatura evaluada antes de retirar las vacunas del refrigerador (Inicio Jornada) y al ingreso posterior a la limpieza (termino de Jornada), en este último registro será la temperatura actual.</p>
<b>CRITERIOS EVALUADOS</b>	<p>Para dar por cumplida la pauta de evaluación, las dos mediciones realizadas deben encontrarse dentro de los rangos establecidos.</p> <p>Al finalizar el mes, se calculará el indicador considerando su numerador (Nº de días del mes en que la temperatura del refrigerador se mantuvo entre +2°C y +8°C y el denominador se considera los días totales del mes evaluado. Los días en que no sea registrada la temperatura serán considerados como incumplidos. La medición del indicador, se realiza hasta el día 10 del mes siguiente del período evaluado.</p>
<b>SERVICIOS O UNIDADES</b>	UEH, UST.